T.C.

SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ FİRMAYA

Satın almaya esas olmak üzere, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan emtiayı KDV hariç hangi fiyatla verebileceğinize dair teklifinizi bildirmenizi rica ederim.

TARIH : 25.01.2021
TEKLİF TARİHİ : 27.01.2021
TEKLİF SAATİ : 16:00
İHALE USULÜ : 4734/22D

Uzm.Dr.Turhan ÇAVUŞOĞLU
Baştabip/Hastane Yöneticisi

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N	ALINACAK MALIN CİNSİ	NİTELİĞİ	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	ACİL MÜDAHALE ARABASI		3	ADET		
2						
3						
4						

Yukarıda yazılı emtiayı teknik şartnamesine/isteğinize/numunesine uygun olarak yazmış olduğumuz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi-İmza

1.Teklifler; e-mail, fax veya idaremize şahsen yapılabilinir.
2. Teklif süresi geçtikten sonraki takliler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Kalemler arasındaki en avantajlı teklif değerlendirilecektir.
4. Alınacak emtia ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta v.s. yükleniciye ait olacaktır.
5. Ödemeler 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığınca nakit para durumu göz önünde bulundurularak yapılacaktır.
6. İdaremizce belirtilen süresi içerisinde teslim edilmeyen mallara/envantere ilişkin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ve 4735 sayılı Kamu Sözleşmeleri kanunu hükümlerince gecikme cezası uygulanacaktır.
7-İş Bitim tarihi 31.12.2018

TEL:03464181005-1503

FAX:03464181723

SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü	T.C. **SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ** **AYNİYAT DAYANIKLI TAŞINIR MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**

MALZEME ADI	**ACİL MÜDAHALE ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ** **TAŞINIR KODU:255-01-05-10-04**
TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER	1. Arabanın içyapısı en az 1.2mm alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 2. Arabanın şasi gövdesi özel imal edilmiş mat eloksallı alüminyum profilden imal edilmiş olmalıdır. 3. Arabanın sağ, sol ve arka kısmı arabada kullanılan profil kanallarına tam uyumlu en az 4 mm HPL malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 4. Arabanın gövdesi farklı aksesuarların bağlantısını yapabilmek için uygun tasarımda olmalı ve istenildiğinde ihtiyaç duyulan aksesuarlar eklenebilir olmalıdır, 5. Üst tabla en az 500 x 700 (±20) mm ebatlarında ABS plastik malzemeden üretilmiş olmalı ve üst tablanın yüzeyi düz kirliliği ve enfeksiyonu önlemek amaçlı kesinlikle damarlı veya herhangi bir desenli yüzey olmamalıdır. 6. Üst tablanın üç tarafı yükseltilmiş kenarlara sahip olmalı ve sırt bölümünün yüksekliği en az 70 mm olmalıdır. 7. Araba 6 (altı) adet çekmeceye sahip olmalıdır. Çekmeceler HTM71 ya da ISO normlarına uygun 60x40 cm ölçülerinde olmalıdır. 1. ve 2. çekmece 5cm, 3. 4. Ve 5 çekmece 10 cm derinliğinde 6. çekmece 20 cm derinlikte olmalıdır. 8. Çekmecelerin içleri plastik enjeksiyon, yüksek mukavemetli ABS plastikten üretilmiş ISO normlarında tepsi ve/veya sepetlerden oluşmalıdır. 9. Çekmecelerde kullanılan Tepsi, sepet ve ayıraçları herhangi bir kırılma veya kaybolma durumunda üretici ve/veya satıcı firma tarafından orijinal yedeği temin edilebilir olmalıdır. 10. Çekmecelerin içlerindeki tepsi ve sepetler herhangi bir el aletine gerek duymadan kolayca çıkartılabilmeli ve dezenfektanlar ile temizlenebilmelidir. 11. Çekmece içleri ayıraçlar sayesinde istenilen ebatlarda bölünebilir yapıda olmalı ve her bölme etiketlenebilmelidir, 1. ve 2. çekmece 20 bölmeye ayrılmış olmalıdır, 12. Çekmece kulpları paslanmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır. 13. Çekmece kapakları en az 6 mm kırmızı renkte HPL malzemeden üretilmiş olmalıdır. 14. Çekmecelerde, dayanımı yüksek rulmanlı frenli teleskopik ray kullanılmalı böylece açıldığında maksimum derinliğe ulaşılabilir olmalıdır. 15. Arabanın yan tarafında kolayca hareket ettirilmesini sağlayan üst tabladan bağımsız alüminyum itme kulpu olmalıdır. 16. Tüm çekmeceler merkezi kilit sistemi ile kilitlenebilmelidir. 17. Arabanın üzerinde yüksekliği AIS 304 paslanmaz çelik en az 2 kancalı serum askılığı olmalıdır. 18. Arabanın yan tarafında AIS 304 paslanmaz çelik Oksijen Tüpü Bağlama Aparatı olmalıdır. 19. Arabada en az 8 lt kapasiteli ABS plastikten imal edilmiş yıkanabilen ve çıkartılabilir çöp kovası bulunmalıdır. 20. Arabanın arka tarafında Resüsitasyon en az 6 mm HPL malzemeden mamul CPR desteği olmalıdır, 21. Arabada sağ-sol ayarlı, Alüminyum ve en az 6mm HPL malzemeden üretilmiş 1 adet defibrilatör sehpası olmalıdır.

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
BURCU ÇABUK TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ	MEHMET BAYDAR MÜDÜR YARDIMCISI	RAMAZAN ÇİTKIRAN İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

	22. Arabanın alt dört köşesinde sert ve darbe emici plastik malzemeden imal edilmiş koruma tamponu bulunmalıdır. 23. Arabada Ø125 mm çapında, ikisi kilitlenebilir 4 adet tekeri olmalıdır. 24. Tekerlekler hastane ortamına uygun sessiz poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 25. Arabanın Ebatları (En/Boy/Yükseklik) 750x600x1650(h) mm (±20mm) olmalıdır. 26. Firmanın, Tıbbi cihazlar için ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi belgesi olmalıdır. 27. Firmanın, ISO 13485:2012 uluslararası kalite yönetim sistemi olmalıdır. 28. Firmanın, ISO 14001:2004 uluslararası çevre yönetim sistemi belgesi olmalıdır. 29. Firmanın, ISO 18001:2004 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgesi olmalıdır. 30. Firmanın, ISO 10002:2004 müşteri memnuniyeti yönetim sistemi
TEKNİK SERVİS GARANTİ	Malzeme en az 2 (iki) yıl (24 ay) süre ile garantili olacaktır. Yüklenici tarafından garanti süresince ücretsiz servis, yedek parça ve bakımı kapsayan tam garanti verilecektir.
DÖKÜMAN	İstekliler; teklif edilen malzemenin teknik özelliklerini gösteren katalogları veya dokümanları teklif dosyasında Türkçe olarak sunmalıdır. Başka bir dilde sunulan katalog veya dokümanlar Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
BURCU ÇABUK TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ	MEHMET BAYDAR MÜDÜR YARDIMCISI	RAMAZAN ÇİTKIRAN İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ